

11 יולי, 2017
 י"ז תמוז, תשע"ז

מכרז פומבי 01/17 - תחזוקה ושירותים למקררים ומקפיאים רפואיים מבוקרי טמפ' במוסדות שירותי בריאות כללית
מכתב הבהרה

במענה לשאלות אשר נתקבלו בידי כללית הנדסה רפואית בע"מ (להלן: "כללית") בקשר עם המכרז אשר בנדון (להלן: "ההליך" או "המכרז"), להלן מספר הבהרות אשר ברצוננו להביא לידיעת כלל משתתפי ההליך:
 (בכל מקום במכתב הבהרה זה יפורשו המונחים הקבועים בה בהתאם לאמור במסמכי ההליך, אלא אם נאמר במפורש אחרת).

כללי

1. מובהר ומודגש, כי המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי הפנייה, להוסיף עליהם או למחוק מהם, להסתייג או לשנות מן האמור במסמכי הפנייה או להתנות עליהם, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת שהיא.
2. כל שינוי או תוספת במסמכי הפנייה או כל הסתייגות לגביהם בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה (ואם ההצעה תזכה - בהתקשרות בין הצדדים) כאילו לא נכתבו ואף עלולים לגרום לפסילתה של ההצעה עפ"י שיקול דעת כללית.
3. למען הסר ספק, כללית תנהג בכל הנוגע לניהול ההליך בהתאם להוראות כל דין (כפי שהיא נוהגת בכלל ההליכים אשר יוצאים מלפניה).

מענה לשאלות

מס"ד	שאלה	תשובה
1	תוכלו בבקשה לפרט את טווחי הטמפ' של המקררים והמקפיאים לצורך כיוול?	טווחי העבודה של המקררים הרפואיים הוא בין 2-8 מעלות צלזיוס. מקפיאים פועלים בטמפ' של מינוס 80 מעלות צלזיוס.
2	להבנתנו הכיול מבוצע אך ורק לצגי המקררים (בהם מכוונים את הטמפ' במקרר) ולא לרגשים הממוחשבים הנמצאים בכל מקרר (ומשדרים נתונים אלחוטיים). האם כך? כמה רגשים צריך לכייל בכל מקרר?	הכיול מבוצע למקרר ולא לרגשים (אוגרים). הרגשים עוברים כיוול אחת לשנה בניפרד מהמקרר במעבדה מוסמכת.
3	מה כולל טיפול אחזקה תקופתי פרט לכיול?	הטיפול השנתי כולל: ניקוי פילטרים לזרימת אויר נאותה, בדיקה ויזואלית שכוללת איכות וטיב גומיות אטימה, סגירה נאותה של הדלת, רעשים חריגים, מאווררים רועשים ותאורה.
4	מול מי יש קשר בקריאת השירות? מול מי מאשרים הצעת מחיר?	מול כללית הנדסה, בהתאם להנחיות שיימסרו למציע הזוכה.
5	במקרה בו טכנאי נתקל במקרר שלא ניתן לתקנו מי מאשר את הוצאת המקרר משירות?	שיקול הדעת בעניין זה יהא מסור לכללית הנדסה.
6	האם היום יש ספק יחיד שנותן לכם את השירות המוצע במכרז? אם כן, מי הספק שהיום נותן את כלל השירותים הנ"ל?	נכון להיום השירותים מושא המכרז ניתנים למוסדות כללית על ידי ספקים שונים.

סיכום

1. תשומת כל בקשה לשינוי סעיף מסעיפי המכרז שלא זכתה להתייחסות מפורשת בגדרי מכתב הבהרה זה - יש לראותה כ**בקשה שנדחתה**. מעבר לאמור לעיל, לא חל כל שינוי במסמכי המכרז ובתנאיו.
2. בכל מקרה של סתירה בין הקבוע במסמכי ההליך לבין הקבוע במכתב הבהרה זה, יגבר הקבוע במכתב הבהרה זה.
3. מכתב הבהרה זה הנו חלק ממסמכי ההליך, ועל כן עליכם לצרפו להצעתכם כשהוא חתום בחתימה מחייבת במקום המיועד לכך.

בברכה,

שושי יגודייב
מזכירת ועדת המכרזים
כללית הנדסה רפואית בע"מ

הצהרת המציע

אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. קראתי והבנתי את האמור במכתב הבהרה זה על כל צרופותיו ואני מסכים לכל האמור בו.
2. קראתי בעיון רב את מסמכי ההליך על נספחיהם וצרופותיהם, לרבות מכתב הבהרה זה, הבנתי את תוכנם, משמעותם והשלכותיהם, והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהם והצעתי כוללת התחשבות בכל ממסמכי ההליך, לרבות האמור במכתב הבהרה זה.

חתימת המציע

תאריך