

12 ינואר, 2016
ב' שבת, תשע"ו

ג.א.נ.,

הנדון: מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית ועם משא ומתן מס' 2/15 לרכש, הספקה ומתן אחריות ושירות לגלילי חמצן רפואי שונים
מכתב הבהרה

במענה לשאלות אשר נתקבלו בידי כללית הנדסה רפואית בע"מ (להלן: "הנדסה רפואית") בקשר עם המכרז אשר בנדון (להלן: "המכרז"), להלן מספר הבהרות אשר ברצוננו להביא לידיעת כלל:

| מס' ד' | פרק | מס' סעיף | פרוט השאלה | תשובה |
|--------|-----------------|------------------------------|--|---|
| 1 | נספח א | 1 | קיימת דרישה בסעיף ל: ת"י 712- התקן מפרט את נוהלי האחזקה והבטיחות ואת הדרישות לבחינות ובדיקות תקופתיות של גלילי גז, לצורך מילוי גז, התקן נדרש מיצרן הגז הדוחס את הגלילים ואינו נוגע למוצר עצמו, נבקש להוריד את הדרישה לתקן זה. | הבקשה נדחית |
| 2 | נספח ג', חלק ב' | מפרט לאספקה לכל גליל סעיף 3. | הדרישה בסעיף זה תואמת גלילים בנפח 11 ו-22 ליטר, בנפחים 3 ו-5 לא ניתן להרכיב הגנה לברז, נא לתקן את הדרישה לנפחים הספציפיים (11 ו-22 ליטר) | אכן לא נדרשת הגנה לנפחים 3 ו-5 ליטר, הבקשה מתקבלת |
| 3 | נספח ג', חלק ב' | אפיון ומפרט הגלילים | האם הברז כולל TOGGLE? | ככל שהדבר נדרש בהתאם להוראות כל דין ותקן רלוונטי |
| 3. | נספח ד' | 1.1 | בהצעת המחיר נדרש להציע בטבלה, הספקת גלילים כולל ווסת מפליז מלא, האם הכוונה לווסת חמצן? או לברז? במידה ונדרש ווסת חמצן נא לציין מפרט לווסת | הכוונה בסעיף זה הינה לברז ולא לווסת |

בכבוד רב ובברכה,

שושי יגודיב
מזכירת ועדת מכרזים
כללית הנדסה רפואית בע"מ

הצהרת המציע

אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

- קראתי והבנתי את האמור במכתב הבהרה זה על כל צרופותיו ואני מסכים לכל האמור בו.
- קראתי בעיון רב את מסמכי המכרז על נספחיהם וצרופותיהם, לרבות במכתב הבהרה זה ובמכתב ההבהרה הקודם, הבנתי את תוכנם, משמעותם והשלכותיהם, והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהם והצעתי כוללת התחשבות בכל ממסמכי המכרז, לרבות האמור במכתב הבהרה זה.

תאריך

חתימת המציע